



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ**

Ιωάννινα : 02-05-2024

Αριθ. Πρωτ. : 7332

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Πληροφ. : Παππά Ιωάννα
 Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη
 Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 Τηλέφωνο : 2651080624
 Fax : 2651029470
 Email : ioanpappa@gni-hatzikosta.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 94/24 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)

προϋπολογισμού 6.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% (4.838,71 € χωρίς ΦΠΑ24%) CPV: 39100000-3.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις του.
2. Το αριθμ. πρωτ 14364/02-10-2023 Αίτημα του Παθολογοανατομικού.
3. Το αριθμ. πρωτ 7266/01-05-2024 Αίτημα της Βιοιατρικής Τεχνολογίας.
4. Την αριθμ. πρωτ. 7312/01-05-2024 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:97ΘΟ46906Ω-5ΞΦ & ΑΔΑΜ: 24REQ014711789).
5. Την αριθμ. 1034/01-05-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α: 1034 (ΚΑΕ 7111) με ΑΔΑ:98Β546906Ω-ΚΤΚ και ΑΔΑΜ: 24REQ014711826.

Σας προσκαλεί να καταθέσετε τεχνοοικονομική προσφορά

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) προϋπολογισμού 6.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% (4.838,71 € χωρίς ΦΠΑ24%)

για την μέχρι την Τρίτη 14-05-2024 και ώρα 12.00πμ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών ή να σταλεί μέχρι την **Τρίτη 14-05-2024 και ώρα 12.00πμ**

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):

Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αριθμό Πρόσκλησης: **94/24**

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **Τρίτη 14-05-2024 και ώρα 12.00πμ**

ΤΙΤΛΟΣ: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ**

A. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 305 του προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους).

β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.

ε. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, με ημερομηνία εκτύπωσης μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ψηφιακώς υπογεγραμμένη, όπου ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:

i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ii) τα αναφερόμενα στην προσφορά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσης διαδικασίας.

B. Φάκελος τεχνικής προσφοράς

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν την τεχνική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα.

Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς

Η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα κατατεθεί με τιμή σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.

Η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και τις σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β' /24-3-'09): 2,00 %.

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος αξίας 4% για υλικά, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος επί καθαρού ποσού.

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%.

24PROC014712585 2024-05-02

ε) Κράτηση ύψους **0,1%** επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/16 και στον Ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης στο όνομα και για λογαριασμό της **Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)**. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προσφορά που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αποσφράγιση της.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.000 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Η ντουλάπα να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνονται σε αυτή όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης για αυτό που προορίζεται. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή θα τεκμηριώνονται και με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Ο θάλαμος αποθήκευσης χημικών να έχει εξωτερικές διαστάσεις (Π x Β x Υ) 1200 x 500 x 2000 mm περίπου.
2. Να έχει εσωτερικές διαστάσεις (Π x Β x Υ) 1120 x 450 x 1500 mm περίπου.
3. Το βάρος του θαλάμου να μην υπερβαίνει τα 160 kg.
4. Ο ωφέλιμος όγκος του θαλάμου να είναι περίπου 760 λίτρα.
5. Η κατασκευή του θαλάμου να είναι από γαλβανισμένο χάλυβα, βαμμένο με ειδική βαφή, αντοχής έναντι οξέων και στο τελικό στάδιο επεξεργασίας έχει υποστεί θερμική επεξεργασία στους 200 °C.
6. Η βάση του θαλάμου να επιτρέπει την εύκολη μετακίνησή του και να διαθέτει αποσπώμενο καπάκι.
7. Το εξωτερικό του θαλάμου να αποτελείται από ενιαία κατασκευή, εντελώς σφραγισμένη.
8. Στο βασικό εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 ράφια ρυθμιζόμενου ύψους, βαμμένα με την ίδια βαφή ενάντια στη διάβρωση από οξέα.
9. Τα ράφια του θαλάμου να έχουν μορφή δίσκου, προκειμένου να αποφεύγεται σε περίπτωση διαρροής, η διάχυση των υγρών στο υπόλοιπο του θαλάμου. Επίσης να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό κλειδώματος για να αποφεύγεται η πτώση τους σε περίπτωση μετακίνησης.
10. Τα ράφια να μπορούν να αντέξουν βάρος έως 100 kg και σε όγκο μέχρι 14L.
11. Η βάση του εσωτερικού του θαλάμου να είναι υδατοστεγής κατασκευασμένη από γαλβανισμένο ατσάλι με βαφή ανθεκτική σε οξέα και να διαθέτει χωρητικότητα 40 λίτρα υγρού τουλάχιστον.
12. Ο θάλαμος να διαθέτει 2 πόρτες, με δυνατότητα ανοίγματος 180°, για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη αφαίρεση των ραφιών.
13. Ο θάλαμος να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας, καθώς και μεντεσέδες ανθεκτικούς στα οξέα.
14. Το όργανο να διαθέτει ειδικό ρυθμιστή ο οποίος θα ρυθμίζει την ροή του ανεμιστήρα ανάλογος την κατάσταση που βρίσκεται ο θάλαμος (ανοιχτή ή κλειστή πόρτα) ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
15. Ο θάλαμος να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα, το οποίο να μπορεί να αντικατασταθεί, όταν παραστεί ανάγκη.
16. Να διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα αναρρόφησης, φτιαγμένο από ειδικό πολυμερές για πιο αποτελεσματική αυτόσβεση σε συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 60335-1, EN 60335-2-80 and EN 50366.
17. Ο θάλαμος να λειτουργεί με 220/230 V.
18. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία on/off.
19. Ο θάλαμος να διαθέτει πόδια ρυθμιζόμενου ύψους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Το όργανο να διαθέτει CE.
3. Να διαθέτει σχετική σήμανση εξωτερικά του θαλάμου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα DIN 4844 and ISO 3864.
4. Να πληροί όλους τους κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας όπως το EN 60601, EN 16121, EN 16122 NORMS, PPP52125A ή άλλων ισοδύναμων προτύπων κλπ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ.) καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

24PROC014712585 2024-05-02

5. Επιπλέον με την τοποθέτηση του μηχανήματος και πριν την παραλαβή του, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες μετρήσεις και να εκδώσει πιστοποιητικό ηλεκτρικής ασφάλειας με δικά του διακριβωμένα όργανα τα οποία θα αναφέρονται στην προσφορά. Να κατατεθούν με την προσφορά και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτών.
6. Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου για αποθήκευση εύφλεκτων υγρών κατά EN14470-1 και TRGS 510, annex 1.
7. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485:2015, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2016, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security, ISO 13485:15 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Επίσης, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.
8. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
9. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
10. Να υπάρχει κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.

Ο Συντάξας/Τεχνικός ΒΙ.Τ.

Η Δ/ντρια παθολογικού εργ.

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσίας

Βέργος Νίκος

Κίτσου Ευαγγελία

Καραγιαννόπουλος Λάζαρος